

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(заполняется при наличии соответствующих требований в нормативных документах по поверке)

с применением эталона (продолжение):

3752, ПГ±4 мг/м³ (40...80) мг/м³, ПГ±5% (св.80...2000) мг/м³, 3.1.ЗТТ.0614.2014

Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе ГУТН мод. 10-4Д, зав.№ SD 4078, ПГ±4 мг/м³ (40...80) мг/м³; ПГ±5% (св.80...2000) мг/м³, 3.1.ЗТТ.1836.2016

стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2, ±1%

использование, тип, допуск измерительного прибора (при наличии), градуировка, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерений, мг/л | Пределы допускаемой основной погрешности | | Максимальное значение основной погрешности | |
|--------------------------|--|------------------|--|------------------|
| | абсолютной/приведенной, мг/л | относительной, % | абсолютной/приведенной, мг/л | относительной, % |
| 0...0.48 | ± 0,05 | - | 0,044 | - |
| 0.48...0.95 | - | ± 10 | - | 6,76 |

Поверка проведена в соответствии с МИ 2835-2008 "ГС. Анализаторы паров этанола в воздухе. Методика поверки", утвержденной ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 17 января 2008 г.

Поверка проведена с помощью генераторов газовых смесей паров этанола в воздухе-рабочих эталонов ГУТН мод. 10-4Д № SD3751 I, № SD3752, № SD4078, в комплекте с ГСО состава водных растворов этанола ВРЭ-2 ГСО 8789-2006

Поверитель
29 ноября 2017 г.

Е. Г. Клошкина
подпись, фамилия



Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.311320

Срок действия аттестата аккредитации: бессрочно

Поверка выполнена в Орехово-Зуевском филиале ФБУ "ЦСМ

Московской области"

142608, г. Орехово-Зуево, Московской области, ул. Коминтерна, д.1

Тел.: 8 (496) 412-14-09, факс 8 (496) 412-27-94

E-mail: ozesm@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8"

0001-14-00000001-1-1-00000000-2-0100-010-2010-00-00000000-00

Федеральное бюджетное учреждение



"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
(ФБУ "ЦСМ Московской области")

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № АА 5218354

Действительно до 28 ноября 2018 г.

Средство измерений Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном

Alcotest мод. 6810, Госреестр № 29815-08

фонде по обеспечению единства измерений (если в составе средства измерений имеется несколько

автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

ОТСУТСТВУЮТ

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) AREE-0510

поверено в соответствии с методикой поверки

наименование метода, диспетчера, на которых поверено

средства измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с МИ 2835-2008 Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки. Утверждена ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 17.01.2008 г.

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH мод. 10-4D, зав.№ SD 3751, ПГ±4 мг/м³ (40...80) мг/м³; ПГ±5% (св.80...2000) мг/м³, 3.1.ZTT.0613.2014

Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH мод. 10-4D, зав.№ SD **продолжение см. на обороте**

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), размер, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура воздуха: 21,3 °С

Относительная влажность: 50 %

Атмосферное давление: 746 мм рт.ст.

приводить перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки



начальник отдела

должность руководителя подразделения

А.М. Анникина

инициалы, фамилия

Поверитель

29 ноября 2017 г.

подпись

Е.Г. Клушкина

инициалы, фамилия

№ АА 5218354